

عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۸/۰۱:

عنوان آزمایش : Free T3
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۰۱۰۰۱/

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۶	۰.۲۳۳	۲.۶۰۱	۲.۸۳۴	۲.۳	۲.۵۳۳	۲.۷۶۶	۲.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۲.۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲.۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۲.۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۲.۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۲.۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰

CV%: 6.423	SD: 0.19	Mean: 2.957
------------	----------	-------------

