

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۰۸/۰۱:

عنوان آزمایش : Free T3
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۰۱۰۰۱/

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۶	۰.۲۳۳	۲.۶۰۱	۲.۸۳۴	۲.۰۶۷	۳.۳	۳.۵۳۳	۳.۷۶۶	۳.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲.۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲.۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۲.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۲.۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۴

مقدار	تاریخ
۲.۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲.۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳.۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۲.۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۲.۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۵

مقدار	تاریخ
۲.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۲.۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۳.۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۲.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۳.۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲

CV%: 8.061	SD: 0.243	Mean: 3.014
------------	-----------	-------------

