

عنوان آزمایش : Free T3
عنوان دستگاه : abbot III
عنوان کنترل : abbot III
سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۳ / شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵



%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۶	۰.۷۰۷	۸.۴۵۹	۹.۱۶۶	۹.۸۷۳	۱۰.۵۸	۱۱.۲۸۷	۱۱.۹۹۴	۱۲.۷۰۱

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۱.۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۸.۹۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۸.۸۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۰.۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۰.۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۹.۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۱۱.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۱۰.۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۸.۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۹.۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۹.۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۹.۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۹.۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۹.۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۱۰.۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۱۰.۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۱۰.۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱

CV%: 8.082	SD: 0.806	Mean: 9.972
------------	-----------	-------------



عنوان کنترل : abbot I

شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

عنوان آزمایش : Free T3

عنوان دستگاه : Abbott

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۲

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۶	۰.۳۱۸	۲.۲۴۱	۲.۵۵۹	۲.۸۷۷	۳.۱۹۵	۳.۵۱۳	۳.۸۳۱	۴.۱۴۹

مقدار	تاریخ
۳.۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳.۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳.۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۳.۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۳.۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۳.۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۳.۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۳.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲.۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۳.۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۳.۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۳.۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۵
۳.۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۳.۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۴

مقدار	تاریخ
۳.۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳.۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳.۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳.۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۳.۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۳.۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۳.۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳.۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳.۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳.۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۷

CV%: 8.159	SD: 0.269	Mean: 3.294
------------	-----------	-------------

