

UNIVERSAL I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

Free T3 : عنوان آزمایش :
سری ساخت: ۶۲۳۱۱۹۰۵ کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۳۹۸	۰,۳۳۲	۴,۱۹۳	۴,۵۲۵	۴,۸۵۷	۵,۱۸۹	۵,۵۲۱	۵,۸۵۳	۶,۱۸۵

مقدار	تاریخ
۴,۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۵,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۵,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۴,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۵,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۵,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۶,۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷

مقدار	تاریخ
۵,۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۵,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۵,۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۵,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۵,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۵,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۰

CV%: 7.882	SD: 0.426	Mean: 5.4
------------	-----------	-----------

