

UNIVERSAL I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

Free T3 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت: ۶۲۳۱۱۹۰۵

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۵۹۷	۰,۴۰۶	۴,۱۲۸	۴,۵۳۴	۴,۹۴	۵,۳۴۶	۵,۷۵۲	۶,۱۵۸	۶,۵۶۴

مقدار	تاریخ
۵,۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۵,۴۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۵,۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵,۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵,۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵,۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۵,۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۵,۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۵,۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۵,۴۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۵,۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

CV%: 5.29	SD: 0.289	Mean: 5.456
-----------	-----------	-------------

