

UNIVERSAL I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

Free T3 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹۰۵

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۸۶۵	۰,۳۷۲	۴,۳۰۶	۴,۶۷۸	۵,۰۵	۵,۴۲۲	۵,۷۹۴	۶,۱۶۶	۶,۵۳۸

مقدار	تاریخ
۵,۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۵,۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۵,۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۵,۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۸

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۵,۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳

CV%: 5.401	SD: 0.283	Mean: 5.248
------------	-----------	-------------

