

عنوان کنترل : abbot II  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۲

عنوان آزمایش : Free T3  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۳.۶	۰.۳۲۳	۳.۵۸۱	۳.۹۰۴	۴.۲۲۷	۴.۵۵	۴.۸۷۳	۵.۱۹۶	۵.۵۱۹

مقدار	تاریخ
۴.۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۴.۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۴.۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۴.۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۴.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۴.۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴.۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۶
۴.۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۴.۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۴.۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۴.۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۴.۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۴.۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۵.۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۴.۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۴.۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۴.۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۴.۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۴.۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴.۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۴.۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۴.۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۴.۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۵.۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۴.۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۴.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۴.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۳
۴.۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۴.۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۴.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۴.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۴.۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۴.۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۲
۴.۷۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۳

CV%: 6.875	SD: 0.314	Mean: 4.572
------------	-----------	-------------

