

عنوان کنترل : abbot II
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

سری ساخت : ۲۵۰۰۶۲۱۲

عنوان آزمایش : Free T3
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۲۱۶	۰.۲۴۸	۳.۹۲۶	۴.۱۷۴	۴.۴۳۳	۴.۶۷	۴.۹۱۸	۵.۱۶۶	۵.۴۱۴

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۴.۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۴.۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۴.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۴.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۵.۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۴.۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۴.۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷

مقدار	تاریخ
۵.۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۴.۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۴.۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۴.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۴.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۴.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴

CV%: 8.019	SD: 0.376	Mean: 4.687
------------	-----------	-------------

