

عنوان کنترل : abbot II  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۲

عنوان آزمایش : Free T3  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۷.۲۲۲	۰.۳۴۵	۳.۷۳۲	۴.۰۷۷	۴.۴۳۲	۴.۷۶۷	۵.۱۱۲	۵.۴۵۷	۵.۸۰۲

مقدار	تاریخ
۴.۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۵.۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۴

مقدار	تاریخ
۴.۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۵.۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۴.۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۵.۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۵.۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱

مقدار	تاریخ
۴.۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۴.۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۴.۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۴.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۵.۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۵

CV%: 6.692	SD: 0.326	Mean: 4.867
------------	-----------	-------------

