

UNIVERSAL I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

Free T3 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹۰۵

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳	۰,۳۳	۴,۵۳	۴,۸۶	۵,۱۹	۵,۵۲	۵,۸۵	۶,۱۸	۶,۵۱

مقدار	تاریخ
۴,۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵,۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۵,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۴,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۳

مقدار	تاریخ
۵,۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۵,۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۵,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۵,۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۴,۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۵,۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۵,۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۵,۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴,۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵,۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۴,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۵,۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴,۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۵,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴

CV%: 6.472	SD: 0.336	Mean: 5.187
------------	-----------	-------------

