

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

biorad II : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

Free T3

: عنوان آزمایش

simense

: عنوان دستگاه

سری ساخت : ۴۰۳۸۲

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۶۵۹	۰.۳۵۹	۵.۳۷۵	۵.۶۳۴	۵.۹۹۳	۶.۳۵۲	۶.۷۱۱	۷.۰۷	۷.۴۲۹

مقدار	تاریخ
۶.۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۶.۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۶.۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۶.۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۶.۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۵.۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۶.۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۵.۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۷.۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۶.۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۶.۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۵.۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۵.۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۶.۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۶.۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۶.۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۶.۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۷.۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۶.۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۷.۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۶.۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۷.۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۶.۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۶.۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۶.۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 6.706	SD: 0.434	Mean: 6.473
------------	-----------	-------------