

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : universal low  
شروع کنترل :  
۱۳۹۹/۱۱/۱۵:

سری ساخت : ۳۳۰۰۲۵

عنوان آزمایش : Free T3-ECLIA  
عنوان دستگاه : e411

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۳	۰.۲۱۳	۲.۹۳۱	۲.۱۴۴	۲.۳۵۷	۳.۵۷	۲.۷۸۳	۳.۹۹۶	۴.۲۰۹

مقدار	تاریخ
۳.۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۳.۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۲
۳.۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳

مقدار	تاریخ
۳.۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۳.۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۳.۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۳.۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۳.۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۳.۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۳.۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۳.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۳.۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۳.۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۳.۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۳.۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

CV%: 3.761	SD: 0.13	Mean: 3.458
------------	----------	-------------

