

biorad III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

Free T3 : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۴۰۳۷۳- /

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴.۴۴۳	۰.۴۴۲	۸.۶۱۵	۹.۰۵۷	۹.۴۹۹	۹.۹۴۱	۱۰.۳۸۳	۱۰.۸۲۵	۱۱.۲۶۷

مقدار	تاریخ
۹.۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۹.۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۰.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۰.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۹.۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۹.۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱۰.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۹.۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۹.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱۰.۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۰.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۹.۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۹.۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۰.۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۹.۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۰.۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۱۰.۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۹.۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۹.۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۱۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۱

CV%: 5.402	SD: 0.543	Mean: 10.047
------------	-----------	--------------

