

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

سری ساخت : ۴۰۳۸۲

Free T4 : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۶۹۷	۰.۱۰۶	۲.۵۳۶	۲.۶۴۲	۲.۷۴۸	۲.۸۵۴	۲.۹۶	۳.۰۶۶	۳.۱۷۳

مقدار	تاریخ
۲.۷۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۲.۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۸۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۲.۹۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۲.۹۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۲.۹۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۲.۸۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۲.۷۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲.۷۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۳.۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۲.۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۲.۶۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۲.۶۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۲.۹۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۹

CV%: 4.111	SD: 0.117	Mean: 2.849
------------	-----------	-------------

