

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

سری ساخت : ۴۰۳۸۲-/-

عنوان آزمایش : Free T4
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۱۰.۲	۰.۱۴۵	۲.۱۹	۲.۳۳۵	۲.۴۸	۲.۶۲۵	۲.۷۷	۲.۹۱۵	۳.۰۶

مقدار	تاریخ
۲.۷۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۲.۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۹

مقدار	تاریخ
۲.۶۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲.۸۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۲.۷۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲.۸۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۲.۷۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۵

مقدار	تاریخ
۲.۸۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۲.۹۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۲.۵۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۲.۶۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۲.۴۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۹

CV%: 5.599	SD: 0.153	Mean: 2.729
------------	-----------	-------------

