

عنوان کنترل : Universal HIGH
شروع کنترل
۱۴۰۰/۱۰/۲۰:

سری ساخت : /۴۶۹۸۴۳

عنوان آزمایش : Free T4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۲۹۷	۰.۰۹۱	۲.۴۷۴	۲.۵۶۵	۲.۶۵۶	۲.۷۴۷	۲.۸۳۸	۲.۹۲۹	۳.۰۲

مقدار	تاریخ
۲.۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۲.۶۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۲.۶۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۲.۷۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۲.۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۲.۶۸	۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۲.۵۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۲.۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۲.۵۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۲.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۲.۴۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۲.۶۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۲.۵۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۲.۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۲.۶۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۲.۷۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۲.۷۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۲.۶۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۲.۶۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۲.۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۲.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۲.۵۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۱

CV%: 3.904	SD: 0.104	Mean: 2.662
------------	-----------	-------------

