

عنوان کنترل : Universal HIGH  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۱۰/۲۰:

سری ساخت : /۴۶۹۸۴۳

عنوان آزمایش : Free T4  
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۲.۸۴	۰.۱۰۳	۲.۳۶۴	۲.۴۶۷	۲.۵۷	۲.۶۷۳	۲.۷۷۶	۲.۸۷۹	۲.۹۸۲

مقدار	تاریخ
۲.۵۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲.۴۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲.۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۲.۵۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۲.۷۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۲.۵۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲.۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۲.۶۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۲.۴۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۲.۵۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۲.۵۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۲.۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۲.۵۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲.۶۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۲.۶۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۲.۷۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۲.۷۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۲.۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۲.۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲.۴۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۲.۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۲.۶۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۹

CV%: 3.577	SD: 0.093	Mean: 2.611
------------	-----------	-------------

