

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت  
شروع کنترل :  
۱۴۰۰/۰۴/۲۲:

عنوان آزمایش : Free T4  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
سری ساخت : ۱۴۰۰۱

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۹.۲	۰.۱۱۷	۰.۸۴۹	۰.۹۶۶	۱.۰۸۳	۱.۲	۱.۳۱۷	۱.۴۳۴	۱.۵۵۱

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۱.۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱.۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۶

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱.۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱.۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۴

CV%: 15.301	SD: 0.19	Mean: 1.24
-------------	----------	------------

