

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

سری ساخت : -/۴۰۳۸۲

عنوان آزمایش : Free T4
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۸۹۷	۰.۱۴	۲.۴۳۹	۲.۵۷۹	۲.۷۱۹	۲.۸۵۹	۲.۹۹۹	۳.۱۳۹	۳.۲۷۹

مقدار	تاریخ
۲.۹۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۲.۸۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۲.۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۳

مقدار	تاریخ
۲.۷۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲.۷۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۲.۶۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۳.۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۹

مقدار	تاریخ
۲.۷۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۲.۸۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۲.۷۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۲.۸۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۴

CV%: 4.189	SD: 0.119	Mean: 2.843
------------	-----------	-------------

