

Universal HIGH : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۱۰/۲۰:

سری ساخت : ۴۶۹۸۴۳ /

Free T4 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۳.۵۰۹	۰.۰۹۲	۲.۳۴۷	۲.۴۳۹	۲.۵۳۱	۲.۶۳۳	۲.۷۱۵	۲.۸۰۷	۲.۸۹۹

مقدار	تاریخ
۲.۵۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۲.۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۲.۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۲.۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۲.۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۲.۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۲
۲.۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۳
۲.۵۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۴
۲.۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۵
۲.۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۷

مقدار	تاریخ
۲.۵۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۰
۲.۵۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۲.۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۲.۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۲.۵۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۲.۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۲.۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۸

CV%: 3.587	SD: 0.091	Mean: 2.528
------------	-----------	-------------

