

high - UNIVERSAL : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵

عنوان آزمایش : Free T4

عنوان دستگاه : E411

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۹۲۱	۰.۱۶۸	۲.۳۳۸	۲.۵۰۶	۲.۶۷۴	۲.۸۴۲	۳.۰۱	۳.۱۷۸	۳.۳۴۶

مقدار	تاریخ
۲.۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۲.۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۲.۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۲

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۳.۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۵

CV%: 7.311	SD: 0.205	Mean: 2.81
------------	-----------	------------

