

biorad III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

سری ساخت : ۴۰۴۲۳

Free T4 : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۰.۲	۰.۳۰۷	۳.۷۳۹	۴.۰۴۶	۴.۳۵۳	۴.۶۶	۴.۹۶۷	۵.۲۷۴	۵.۵۸۱

مقدار	تاریخ
۵.۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۴.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۴.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۵.۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۴.۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۴.۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵.۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۶

CV%: 4.707	SD: 0.233	Mean: 4.95
------------	-----------	------------

