

عنوان کنترل : Universal HIGH  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۱۰/۲۰:

سری ساخت : ۴۶۹۸۴۳/

عنوان آزمایش : Free T4  
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۴.۲۰۷	۰.۱۰۸	۲.۲۳۳	۲.۳۴۱	۲.۴۴۹	۲.۵۵۷	۲.۶۶۵	۲.۷۷۳	۲.۸۸۱

مقدار	تاریخ
۲.۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۲.۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۲.۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۲.۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۲.۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۲.۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۲.۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۲.۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۲.۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۲.۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۲.۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۲.۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۲.۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۲.۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۲.۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۲.۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۲.۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۸

CV%: 4.137	SD: 0.107	Mean: 2.585
------------	-----------	-------------

