

high -UNIVERSAL : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵

عنوان آزمایش : Free T4

عنوان دستگاه : E411

| %CV | SD | SD ² - | SD ² - | SD ¹ - | MEAN | SD ¹ | SD ² | SD ² |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۳ | ۰.۱۴۳ | ۲.۴۳۱ | ۲.۵۷۴ | ۲.۷۱۷ | ۲.۸۶ | ۲.۰۰۳ | ۳.۱۴۶ | ۲.۲۸۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲.۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
| ۲.۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
| ۲.۴۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
| ۲.۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲.۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
| ۲.۸۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
| ۲.۷۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
| ۲.۸۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
| ۲.۷۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
| ۲.۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
| ۲.۸۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳.۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
| ۲.۶۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
| ۲.۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
| ۲.۵۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
| ۲.۷۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
| ۲.۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 6.519 | SD: 0.182 | Mean: 2.799 |
|------------|-----------|-------------|

