

high -UNIVERSAL : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵

Free T4 : عنوان آزمایش :

E411 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۴۰۳	۰.۱۸۱	۲.۲۸۷	۲.۴۶۸	۲.۶۴۹	۲.۸۳	۲.۰۱۱	۳.۱۹۲	۳.۳۷۳

مقدار	تاریخ
۲.۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲.۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۲.۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۲.۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۲.۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۲.۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۲.۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴

مقدار	تاریخ
۲.۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۲.۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۲.۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۲.۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۲.۷۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱

CV%: 7.707	SD: 0.214	Mean: 2.78
------------	-----------	------------

