

عنوان کنترل : high -UNIVERSAL

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵

عنوان آزمایش : Free T4

عنوان دستگاه : E411

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۷.۰۰۱	۰.۱۹۶	۲.۲۱۷	۲.۴۱۳	۲.۶۰۹	۲.۸۰۵	۲.۰۰۱	۳.۱۹۷	۲.۳۹۳

مقدار	تاریخ
۲.۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲.۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۷

مقدار	تاریخ
۲.۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲.۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۲.۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
۲.۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۲.۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۲.۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۲.۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶

CV%: 2.798	SD: 0.078	Mean: 2.791
------------	-----------	-------------

