

high -UNIVERSAL : عنوان کنترل

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵

عنوان آزمایش : Free T4

عنوان دستگاه : E411

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۴.۷۹۵	۰.۱۳۵	۲.۴۲	۲.۵۵۵	۲.۶۹	۲.۸۲۵	۲.۹۶	۳.۰۹۵	۳.۲۳

مقدار	تاریخ
۲.۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۲.۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۲.۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۲.۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
۲.۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸

مقدار	تاریخ
۲.۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۳.۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲.۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۲.۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۲.۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۳.۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۲.۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۳
۲.۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۲.۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۵
۲.۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲.۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۲.۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹

CV%: 5.475	SD: 0.156	Mean: 2.85
------------	-----------	------------

