

high -UNIVERSAL : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵

عنوان آزمایش : Free T4

عنوان دستگاه : E411

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۷۹۵	۰.۱۳۵	۲.۴۲	۲.۵۵۵	۲.۶۹	۲.۸۲۵	۲.۹۶	۳.۰۹۵	۳.۲۳

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲.۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲.۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۲.۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲.۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۲.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰

CV%: 4.302	SD: 0.122	Mean: 2.832
------------	-----------	-------------

