

high -UNIVERSAL : عنوان کنترل

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵

Free T4 : عنوان آزمایش

E411 : عنوان دستگاه

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۹۴۴	۰.۱۴۱	۲.۴۲	۲.۵۶۱	۲.۷۰۲	۲.۸۴۳	۲.۹۸۴	۳.۱۲۵	۳.۲۶۶

مقدار	تاریخ
۳.۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳.۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۲.۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲.۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۲.۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۲.۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳.۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲.۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۲.۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲.۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۷

CV%: 7.121	SD: 0.203	Mean: 2.851
------------	-----------	-------------

