

عنوان آزمایش : Free T4
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : EC۲۱۰۷
عنوان کنترل : permium plus II
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

%CV	SD	SD۲-	SD۳-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۳
۱۰.۲	۰.۲۰۲	۱.۸۸۹	۲.۰۹۱	۲.۲۹۳	۲.۴۹۵	۲.۶۹۷	۲.۸۹۹	۳.۱۰۱

مقدار	تاریخ
۲.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲.۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۲.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲.۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲.۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۴۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲.۴۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۲.۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۲.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۲.۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۲.۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱.۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲.۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲.۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۲.۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۵

CV%: 8.12	SD: 0.195	Mean: 2.397
-----------	-----------	-------------

