

عنوان کنترل : Universal LOW
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

عنوان آزمایش : Free T4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۵۰۸۰۱۲

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۴۱۷	۰,۰۶۷	۱,۰۴۱	۱,۱۰۸	۱,۱۷۵	۱,۲۴۲	۱,۳۰۹	۱,۳۷۶	۱,۴۴۳

مقدار	تاریخ
۱,۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۱,۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱,۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱,۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱,۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱,۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۱,۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱,۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۱,۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱,۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۱

CV%: 5.799	SD: 0.074	Mean: 1.271
------------	-----------	-------------

