

عنوان کنترل : Universal LOW
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

عنوان آزمایش : Free T4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۵۰۸۰۱۲

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۵۹۶	۰,۰۷	۱,۰۳۶	۱,۱۰۶	۱,۱۷۶	۱,۲۴۶	۱,۳۱۶	۱,۳۸۶	۱,۴۵۶

مقدار	تاریخ
۱,۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱,۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۱,۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱,۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱,۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۱,۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱,۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۱,۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵

CV%: 7.122	SD: 0.086	Mean: 1.211
------------	-----------	-------------

