

عنوان آزمایش : Free T4  
عنوان دستگاه : simense  
سری ساخت : EC۲۱۰۷  
عنوان کنترل : permium plus II  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

%CV	SD	SD۲-	SD۳-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۳
۸.۱۲	۰.۱۹۵	۱.۸۱۲	۲.۰۰۷	۲.۲۰۲	۲.۳۹۷	۲.۵۹۲	۲.۷۸۷	۲.۹۸۲

مقدار	تاریخ
۲.۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲.۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۶
۲.۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲.۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۲.۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲.۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۲.۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲.۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۲.۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲.۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۲.۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۲

CV%: 3.834	SD: 0.093	Mean: 2.425
------------	-----------	-------------

