

عنوان آزمایش : Free T4
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : permium plus II
سری ساخت : EC۲۱۰۷
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۹۵۶	۰.۰۹۷	۲.۱۶۱	۲.۲۵۸	۲.۲۵۵	۲.۴۵۲	۲.۵۴۹	۲.۶۴۶	۲.۷۴۳

مقدار	تاریخ
۲.۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۲.۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۲.۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۲.۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۲.۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲.۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲.۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۲.۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۲.۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲.۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴

مقدار	تاریخ
۲.۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲.۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲.۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲.۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۲.۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲.۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲.۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۲

CV%: 3.513	SD: 0.084	Mean: 2.404
------------	-----------	-------------

