

عنوان آزمایش : Free T4
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : permium plus II
سری ساخت : EC۲۱۰۷
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۴۸۹	۰.۱۰۸	۲.۰۸۶	۲.۱۹۴	۲.۳۰۲	۲.۴۱	۲.۵۱۸	۲.۶۲۶	۲.۷۳۴

مقدار	تاریخ
۲.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۲.۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲.۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۲.۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲.۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۲.۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۲.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۲.۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۲.۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۲.۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۲.۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۲.۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۱

CV%: 5.348	SD: 0.129	Mean: 2.416
------------	-----------	-------------

