

عنوان کنترل : Universal LOW
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

عنوان آزمایش : Free T4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۵۰۸۰۱۲

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۳۳۳	۰,۱	۰,۹	۱	۱,۱	۱,۲	۱,۳	۱,۴	۱,۵

مقدار	تاریخ
۱,۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱,۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱,۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱,۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱,۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۱,۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱,۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱,۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱,۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱

CV%: 5.782	SD: 0.072	Mean: 1.252
------------	-----------	-------------

