

عنوان کنترل : Universal LOW  
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

عنوان آزمایش : Free T4  
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
سری ساخت : ۵۰۸۰۱۲

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۰۷۹	۰,۰۷۵	۱,۰۰۷	۱,۰۸۲	۱,۱۵۷	۱,۲۳۲	۱,۳۰۷	۱,۳۸۲	۱,۴۵۷

مقدار	تاریخ
۱,۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۱,۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱,۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱,۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۶

CV%: 4.782	SD: 0.06	Mean: 1.248
------------	----------	-------------

