

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

biorad II : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

Free T4 : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۴۰۳۸۲ /

simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۱۷۶	۰.۱۵۱	۲.۴۵۷	۲.۶۰۸	۲.۷۵۹	۲.۹۱	۲.۰۶۱	۲.۲۱۲	۲.۳۶۳

مقدار	تاریخ
۲.۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۲.۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۲.۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۲.۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۲.۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۲.۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۲.۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۲.۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۲.۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۲.۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۲.۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۲.۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۲.۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۲.۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۲.۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۲.۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۲.۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۲.۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۲.۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲.۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۲.۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۲.۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۲.۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 4.656	SD: 0.137	Mean: 2.94
------------	-----------	------------