

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

high -UNIVERSAL : عنوان کنترل

شروع کنترل: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

Free T4 : عنوان آزمایش

E411 : عنوان دستگاه

سری ساخت : ۳۳۰۰۲۵

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۳	۰.۱۳۵	۲.۳	۲.۴۳۵	۲.۵۷	۲.۷۰۵	۲.۸۴	۲.۹۷۵	۳.۱۱

مقدار	تاریخ
۲.۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲.۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۲.۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۲.۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۳.۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۲.۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۲.۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۲.۸۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۲.۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۲.۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۲.۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۲.۹۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۳

CV%: 5.955	SD: 0.165	Mean: 2.769
------------	-----------	-------------

