

عنوان آزمایش : Free T4
عنوان دستگاه : simense

/سری ساخت : ۴۰۳۸۲

عنوان کنترل : biorad II
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳


3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
3.381	3.24	3.099	2.958	2.817	2.676	2.535	0.141	4.767

تاریخ	مقدار
24/12/1399	2.91
25/12/1399	2.85
26/12/1399	2.75
27/12/1399	3.1
28/12/1399	2.79

تاریخ	مقدار
13/12/1399	2.8
14/12/1399	2.97
16/12/1399	2.84
17/12/1399	2.81
18/12/1399	2.89
19/12/1399	2.82
20/12/1399	2.88
23/12/1399	2.89

تاریخ	مقدار
03/12/1399	2.91
04/12/1399	2.84
05/12/1399	2.67
06/12/1399	2.83
09/12/1399	2.65
10/12/1399	2.95
11/12/1399	2.69
12/12/1399	2.9

Mean: 2.845	SD: 0.104	CV%: 3.664
-------------	-----------	------------



22