

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

biorad II : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

Free T4 : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۴۰۳۸۲ /

simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵	۰.۱۴۶	۲.۴۸۷	۲.۶۳۳	۲.۹۳۵	۲.۰۷۱	۲.۲۱۷	۲.۳۶۳

مقدار	تاریخ
۲.۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۲.۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۲.۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۲.۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۲.۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۲.۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۲.۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۲.۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۲.۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۲.۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۲.۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۲.۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۲.۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲.۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۲.۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۲.۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۲.۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۲.۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۲.۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۲.۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۲.۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 4.591	SD: 0.135	Mean: 2.93
------------	-----------	------------