

Diametra I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۱/۱۸:

سری ساخت : ۸۵۴۲۳

عنوان آزمایش : Free Testosterone
عنوان دستگاه : الایزایدر

%CV	SD	SD _{۲-}	SD _{۱-}	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۳
۱۲.۴	۰.۰۸۵	۰.۸۰۶	۰.۸۹۱	۱.۰۶	۱.۱۴۵	۱.۲۳۹	۱.۳۱۴

مقدار	تاریخ
۱.۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱.۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۱.۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱.۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱.۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱.۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱.۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱.۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰.۹۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۲
۱.۰۳	۱۴۰۰/۰۱/۳۳
۱.۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۴
۱.۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۵

CV%: 5.706	SD: 0.062	Mean: 1.084
------------	-----------	-------------

