

عنوان آزمایش : Free Testosterone
 عنوان دستگاه : الایزایدر

سری ساخت : ۲۰۰۸۸۸

عنوان کنترل : LDN-1
 شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
3.689	3.406	3.123	2.84	2.557	2.274	1.991	0.283	12.4

تاریخ	مقدار
19/03/1400	2.7

تاریخ	مقدار
17/03/1400	2.6
18/03/1400	2.5

تاریخ	مقدار
12/03/1400	2.9
13/03/1400	3

Mean: 2.74	SD: 0.207	CV%: 7.568
------------	-----------	------------

