

Diametra I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۶/۰۱:

سری ساخت : ۲۱۰۳۱۹

عنوان آزمایش : Free Testosterone
عنوان دستگاه : الیزا ریدر

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲.۴	۰.۱۲۲	۰.۸۱۹	۰.۹۴۱	۱.۰۶۳	۱.۱۸۵	۱.۳۰۷	۱.۴۳۹	۱.۵۵۱

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۱.۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۰.۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۱.۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷

مقدار	تاریخ
۱.۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۱.۴۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۱.۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۳

CV%: 16.08	SD: 0.186	Mean: 1.156
------------	-----------	-------------

