

عنوان کنترل : کنترل I  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۳/۲۴:

سری ساخت : ۰۰۱۰۳۲۹۲

عنوان آزمایش : Free Testosterone  
عنوان دستگاه : IDS

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۷.۴	۰.۱۵۷	۱.۱۰۹	۱.۲۶۶	۱.۴۲۳	۱.۵۸	۱.۷۳۷	۱.۸۹۴	۲.۰۵۱

مقدار	تاریخ
۱.۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱.۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱.۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱.۸۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱.۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۶

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱.۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱.۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱.۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۱.۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱.۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱.۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۱.۶۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۱.۷۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۲.۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۱.۴۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۱.۷۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱.۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱.۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۴

CV%: 9.972	SD: 0.165	Mean: 1.654
------------	-----------	-------------

