

عنوان کنترل : کنترل I
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۳/۲۴:

سری ساخت : ۰-۱۰۳۲۹۲

عنوان آزمایش : Free Testosterone
عنوان دستگاه : IDS

| %CV | SD | SD ^۲ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۲ |
|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱۱.۰۹۵ | ۰.۱۸۵ | ۱.۱۰۸ | ۱.۲۹۳ | ۱.۴۷۸ | ۱.۶۶۳ | ۱.۸۴۸ | ۲.۰۳۳ | ۲.۲۱۸ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱.۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
| ۱.۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
| ۱.۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
| ۱.۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱.۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
| ۱.۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
| ۱.۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
| ۱.۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
| ۱.۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
| ۱.۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
| ۱.۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
| ۱.۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱.۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
| ۱.۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
| ۱.۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
| ۱.۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
| ۱.۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
| ۱.۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
| ۱.۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
| ۱.۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |

| | | |
|-------------|-----------|-------------|
| CV%: 12.598 | SD: 0.204 | Mean: 1.618 |
|-------------|-----------|-------------|

