

Diametra I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۶/۰۱:

سری ساخت : c۲۱۰۳۱۹

عنوان آزمایش : Free Testosterone  
عنوان دستگاه : الایزایدر

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۴.۱۳۳	۰.۱۶	۰.۶۵۲	۰.۸۱۲	۰.۹۷۲	۱.۱۳۳	۱.۳۹۲	۱.۴۵۲	۱.۶۱۲

مقدار	تاریخ
۱.۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱.۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱.۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۱.۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۱.۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۱.۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۱.۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۰.۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۱.۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۱.۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۱.۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۱.۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۱.۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۱.۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱.۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱

CV%: 10.268	SD: 0.115	Mean: 1.123
-------------	-----------	-------------

