

Diametra I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۷/۰۱:

سری ساخت : ۱۵۸

عنوان آزمایش : Free Testosterone
عنوان دستگاه : الایزایدر

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۹.۰۸۹	۰.۲۳۷	۰.۵۳۳	۰.۷۷	۱.۰۰۷	۱.۲۴۴	۱.۴۸۱	۱.۷۱۸	۱.۹۵۵

مقدار	تاریخ
۰.۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱.۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱.۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱.۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۰

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱.۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۱.۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱.۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۱.۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۵

CV%: 18.269	SD: 0.23	Mean: 1.259
-------------	----------	-------------

