

عنوان آزمایش : Free Testosterone
عنوان دستگاه : الایزایدر
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
سری ساخت : T55Z2L1 شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۴	۰.۲۵	۰.۳	۰.۵۵	۰.۸	۱.۰۵	۱.۳	۱.۵۵	۱.۸

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۰.۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۱.۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۰.۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱.۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۱.۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۱.۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۹

مقدار	تاریخ
۰.۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۰.۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱.۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۰.۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۰.۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۰.۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۶

CV%: 14.178	SD: 0.157	Mean: 1.104
-------------	-----------	-------------

