

Hight Control : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سری ساخت : ۱۶۵

Free Testosterone : عنوان آزمایش :  
الایزا ریپر : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۸۷	۱,۸۲	۹,۸۱	۱۱,۶۳	۱۳,۴۵	۱۵,۲۷	۱۷,۰۹	۱۸,۹۱	۲۰,۷۳

مقدار	تاریخ
۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۵,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۵,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۸,۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۶,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۸,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۵,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۵,۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۴,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹

CV%: 11.327	SD: 1.892	Mean: 16.706
-------------	-----------	--------------

